



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

# ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM

nr **LBU-301/22-22**

Urząd Dozoru Technicznego  
poświadcza, że

**COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli**

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

**Zakładowe Laboratorium Badawczo-Doświadczalne**

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

spełniając wymagania

Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego

WUDT-LAB wydanie 2/2021

Uznawanie Laboratoriów - Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych

uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego

do wykonywania badań laboratoryjnych

Szczegółowy zakres metod badawczych objętych uznaniem  
określony jest w załączniku do niniejszego świadectwa

Data uzyskania uznania: **31 sierpnia 2022**

Data ważności uznania: **30 sierpnia 2024**

Prezes  
Urzędu Dozoru Technicznego

z up. Karol Formowicz

Warszawa, dnia 29 lipca 2022

# Załącznik do ŚWIADECTWA UZNANIA LABORATORIUM

nr LBU-301/22-22

z dnia 29 lipca 2022

## Zakres metod badawczych objętych uznaniem

**COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli**

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

**Zakładowe Laboratorium Badawczo-Doświadczalne**

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Lp.	Metoda badawcza	Badane cechy	Dokument odniesienia
1.	Pomiary twardości metali	Twardości sposobem: – Brinella z obciążeniem: HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/3000, – Vickersa z obciążeniem: HV30, – Rockwella w skali C. Hartowność	PN-EN ISO 6506-1:2014-12 PN-EN ISO 6507-1:2018-05 PN-EN ISO 6508-1:2016-10  PN-EN ISO 642:2002
2.	Próba rozciągania metali	Rozciąganie w zakresie do 500 kN w temperaturze pokojowej z wyznaczeniem: – granicy plastyczności, – wytrzymałości na rozciąganie, – wydłużenia względnego, – przewężenia	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B
3.	Próba udarności metali	Udarność do 300J w zakresie temperatury: – otoczenia, – obniżonej do -80°C	PN-EN ISO 148-1:2017-02
4.	Próba zginania metali	Podatność do odkształceń	PN-EN ISO 7438:2021-04
5.	Badania chemiczne. Metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym	Zawartość pierwiastków: węgiel C [0,01-4,0] % mangan Mn [0,001-20] % krzem Si [0,001-4,0] % fosfor P [0,001-0,50] % siarka S [0,001-0,50] % chrom Cr [0,01-30,0] % nikiel Ni [ 0,01-45,0] % miedź [0,01-2,0] % molibden Mo[ 0,01-6,7] % wanad V [0,001-3,0] % glin Al [0,002-1,85] % wolfram W [0,001-20,0] % niob Nb [0,01-1,50] % tytan Ti [0,001-2,0] % kobalt Co [0,005 -20,0] % bor B [0,0001-0,014] % arsen As [0,001-0,10] % cyrkon Zr [0,001-1,0] % cyna Sn [0,0005-0,020] % antymon Sb [0,001-0,02] % azot N [0,002-0,20] % ołów Pb[0,001-0,02] %	IB/9/HPL/HSJ wydanie 10 z dnia 12.02.2018 r.

Lp.	Metoda badawcza	Badane cechy	Dokument odniesienia
6.	Badania chemiczne. Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym	Zawartość pierwiastków: węgiel C [0,004-4,5] % siarka S [0,004-0,10] %	PN-EN ISO 9556:2003 PN-EN 24935:1994
7.	Badania chemiczne. Metoda stapiania w atmosferze gazu obojętnego	Zawartość pierwiastków: tlen O [0,0005-0,010] % azot N [0,0008-0,50] %	PN-EN ISO 10276-2:2005 PN-EN ISO 10720:2009
8.	Badania metalograficzne	<u>Badania makroskopowe</u> – próba głębokiego trawienia <u>Badania mikroskopowe</u> – wielkość ziarna, – głębokość odwęglenia, – stopień zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi	PN-H-04501:1957  PN-EN ISO 643:2020-07 PN-EN ISO 3887:2018-03 PN-H-04510:1964

### Nadzór nad świadectwem uznania laboratorium

1. Zmiana zakresu metod badawczych następuje na wniosek laboratorium i wymaga przeprowadzenia oceny laboratorium przez UDT.
2. Przedłużenie ważności świadectwa uznania UDT następuje na wniosek laboratorium, który powinien być złożony nie później 4 miesiące przed upływem jego ważności i wymaga ponownej oceny laboratorium przez UDT.
3. W przypadku nieprzedłużenia ważności świadectwa uznania, laboratorium, jest usuwane z rejestru uznanych laboratoriów.
4. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym świadectwie lub wykonywania przez laboratorium badań w sposób niewłaściwy, mający negatywny wpływ na bezpieczną eksploatację urządzeń technicznych, Prezes UDT może zawiesić świadectwo uznania laboratorium. Informacja o zawieszeniu świadectwa uznania zamieszczana jest w rejestrze uznanych laboratoriów.
5. Prezes UDT, zawieszając świadectwo uznania laboratorium, wyznacza termin usunięcia uchybień stanowiących podstawę zawieszenia, po którego upływie, w razie ich nieusunięcia, cofa świadectwo uznania laboratorium.
6. UDT może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole w siedzibie laboratorium lub w miejscu wykonywania badań laboratoryjnych. Podczas tych kontroli UDT może przeprowadzać lub zlecać przeprowadzenie badań mających na celu weryfikację badań wykonywanych przez uznane laboratorium.
7. Kontrole o których mowa w punkcie 6 nie są przeprowadzane w przypadku laboratoriów, których działalność objęta jest systemem jakości zgodnym z Polskimi Normami, zatwierdzonym i nadzorowanym przez Prezesa UDT.
8. UDT zastrzega sobie prawo uczestnictwa w badaniach i bezpośredniego nadzoru nad badaniami, których wyniki brane są pod uwagę przez UDT, przy wydawaniu decyzji w sprawie eksploatacji urządzeń.

Centralne Laboratorium  
Dozoru Technicznego  
Dyrektor

wz. Karol Formowicz

Warszawa, dnia 29 lipca 2022